

Ao
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC

Ref.: Pregão Eletrônico nº 08.20.04.2022

IS 8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda., estabelecida à Al. São Caetano, 1807 – Cj. 11 – Santa Maria – São Caetano do Sul – SP, inscrita no C.N.P.J. sob nº.: 30.597.921/0001-44, vem por meio desta solicitar o esclarecimento abaixo.

QUESTIONAMENTO – Itens 247 e 248 – Indicador Químico tipo 5 (integrador)

Após análise minuciosa do edital em referência verificasse a existência de especificação de material para os itens 247 e 248 que não pode prevalecer, em vista das regras gerais impostas à Administração, como se demonstrará.

Descritivo Técnico do Edital:

Item 247 - indicador químico tipo 5 (integrador) para esterilização a vapor, de acordo com a norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1 (2014), com marcação em movimento frontal, que não exige interpretação de cor, com resultado identificado por "ACCEPT" ou por "REJECT". Embalagem com 500 unidades. Referência: "COMPLY 1243a" ou de melhor qualidade.

Item 248 - indicador químico tipo 5 (integrador) para esterilização a vapor, de acordo com a norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1 (2014), com marcação em movimento frontal, que não exige interpretação de cor, com resultado identificado por "ACCEPT" ou por "REJECT". Embalagem com 500 unidades. Referência: "COMPLY 1243a" ou de melhor qualidade.

Nos itens 247 e 248 – indicador químico tipo 5 (integrador), o descritivo solicita que o produto atenda a norma ISO 11.140 que reproduzimos:

“O TESTE DE CALOR SECO É PROJETADO PARA ASSEGURAR QUE OS INDICADORES/ INTEGRADORES PARA VAPOR REQUEIRAM A PRESENÇA DE VAPOR (AGENTE ESTERILIZANTE), A FIM DE RESPONDER.”

Porém, os produtos que não exigem interpretação de cor reagem sem a presença de agente esterilizante (Vapor). Ou seja, indicadores químicos por pastilha/pílula só “precisam de tempo e temperatura para reagir”.

Já os produtos existentes no mercado em que a monitoração é por variação de cor, atendem plenamente o que dita a ISO 11140 por integrar: Temperatura, Tempo e Agente Esterilizante.

Ressaltamos que a empresa IS 8 é detentores da atual Ata de Registro de Preço nº 03/2021, que ainda fornecer para esta administração, que é o indicador químico por interpretação de cor (Modelo: IQTest/Fabricante: MX3).

O produto que pretendemos ofertar/cotar será outro material, mas com a mesma interpretação através de mudança de cor. Reafirmamos que o produto que será cotado não é o mesmo e nem do mesmo fabricante da Ata vigente, mas manteremos o procedimento de análise através da interpretação de cor. (Modelo: Ultratest Classe V/Fabricante: Ultramed).

Sendo assim, perguntamos:

- Será aceito produto cuja interpretação seja por mudança de cor e está DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO?

Pois sabemos que no mercado de materiais para esterilização existem várias empresas que fornecem produtos de para CMS "Central de Material e Esterilização", é para que possamos ter uma visão clara e objetiva para cotar os materiais certo para a Administração e participação assertiva no certame, precisamos saber ser o material por variação de cor atendem as necessidades da administração.

Aguardamos retorno e permanecemos a disposição.

São Caetano do Sul, 04 de abril de 2022.

**EDSON
BATISTELLA
JUNIOR:
36996457890**

Assinado digitalmente por EDSON BATISTELLA
JUNIOR:36996457890
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,
OU=08936054000175, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em
branco), CN=EDSON BATISTELLA JUNIOR:
36996457890
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.04 11:47:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

Edson Batistella Junior
Procurador
CPF: 369.964.578-90
RG: 34.039.995-8 SSP/SP